

ALCANCE DE ACREDITACIÓN
COGUANOR NTG/ISO/IEC 17025:2005

Laboratorio de Calibración de Sistemas de Pesaje, S.A. – SIPESA

Contacto: Ing. Lester David Hernández Navas
Dirección: Anillo Periférico 17-36 Zona 11
Guatemala, Ciudad
Teléfono: (502) 24749300, 24732601 ext. 2514 y 24733317

Código de Acreditación: OGA-LC-010-05
Fecha de Vigencia de la Acreditación: 28 de Marzo 2011

En reconocimiento al proceso de acreditación completado satisfactoriamente por el Laboratorio de Calibración de Sistemas de Pesaje, S.A. – SIPESA, la Oficina Guatemalteca de Acreditación acredita el siguiente método:

Calibración	1. Instrumentos de Pesaje de 1 mg hasta 60 toneladas.
Rango de Calibración	Incertidumbre
0.001 g a 2100 g	0.0006 g
2101 g a 5100 g	0.007 g
5101 g a 16000 g	0.06 g
16001 g a 34000 g	0.07 g
35 kg a 60 kg	0.0006 kg
61 kg a 100 kg	0.006 kg
101 kg s 500 kg	0.03 kg
501 kg a 1000 kg	0.06 kg
1001 kg a 5000 kg	0.3 kg
5001 kg a 10000 kg	0.6 kg
10001 kg a 50000 kg	2.9 kg
50001 kg a 60000 kg	5.8 kg

Norma	COGUANOR NGO 4015 Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento no Automático. Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos – Ensayos equivalente a la OIML R-76 parte 1.
Procedimiento Interno	SPIT-01 Instrucción para la calibración de instrumentos de pesaje con capacidad hasta una tonelada SPIT-02 Instrucción para la calibración de instrumentos de pesaje mayor a 1 tonelada.

Más información:

Oficina Guatemalteca de Acreditación

Sistema Nacional de Calidad

Ministerio de Economía

PBX (502) 2476-6784 al 87

www.oga.org.gt

info-oga@mineco.gob.gt