

ALCANCE DE ACREDITACIÓN
ISO 15 189:2007

**LABORATORIO CLÍNICO DE
HOSPITALES NACIONALES, S.A.**

Contacto: **Licda. Eva Rios de González**

Dirección: **Calle 38 y 39, Avenida Cuba, Ciudad de Panamá**

Teléfono: **(507) 207-8124**

Código de Acreditación: **OGA-LE-032-09**

Vigencia de la Acreditación: **2014-10-28**

Ensayo	Metodo de Referencia	Item de ensayo - Especimen Muestra	Unidades	Rango/linealidad
Química				
Glucosa	UV Hexoquinas a Punto Final	Suero, Plasma, LCR, Orina	mg/dl	5 - 700
Nitrógeno de Urea	Cinético Enzimático Ureasa	Suero, Plasma,	mg/dl	5 - 100
Creatinina	Rate Jaffe	Suero, Plasma, Orina	mg/dl	0.3 - 25
Colesterol	Enzimático Punto Final a Tiempo Fijo Colesterol Esterasa	Suero, Plasma,	mg/dl	5 - 750
Triglicéridos	Enzimático GPO Trinder	Suero, Plasma,	mg/dl	10 - 1000
Albúmina	Punto Final Periódico BCP	Suero, Plasma,	g/dl	3.5 – 5.0
Proteína Total	Biuret	Suero, Plasma,	g/dl	3 - 12
Alanina Amino Transferasa (AST)	Cinético Enzimático IFCC	Suero, Plasma,	IU/L	5 - 400
Ácido Úrico	Punto Final a Tiempo Fijo Peroxidada	Suero, Plasma,	g/dl	<u>0.5 -12.0</u>
Hematología				
Recuento de Leucocitos (WBC)	Dispersión óptica con láser	Sangre Completa con EDTA	K/ul	1.0 – 99.9
Recuento de Eritrocitos (RBC)	Independencia Eléctrica	Sangre Completa con EDTA	M/ul	1.0 – 7.0
Hemoglobina (Hgb)	Colorimetría	Sangre Completa con EDTA	g/dl	2.5 - 24
Volumen Corpuscular Medio (MCV)	Impedancia Eléctrica	Sangre Completa con EDTA	fl	50 - 200
Recuento de Plaquetas (Plt)	Impedancia Eléctrica	Sangre Completa con EDTA	k/uL	10 - 999

-ULTIMA LÍNEA-

Más información:

Oficina Guatemalteca de Acreditación

Sistema Nacional de Calidad

Ministerio de Economía

PBX (502) 2247-2600

www.oga.org.gt

info-oga@mail.mineco.gob.gt