

ALCANCE DE ACREDITACIÓN**NORMA COGUANOR NTG ISO 15189:2012****“Laboratorio Clínico del Sanatorio Nuestra Señora del Pilar de la Asociación Española de Beneficencia”****Contacto:** Licda. Isabel Massanet de Ramirez**Dirección:** 3a. calle 10-71, Zona 15, Colonia Tecún Umán, Ciudad de Guatemala**Teléfonos:** (502) 2279-5000, 2279-5092 y 2279-5093**Código de Acreditación:** **OGA-LE-004-04.**

Acreditado desde: 2005-06-13.

Fecha de Vigencia de la Acreditación: **2022-06-20.**

Parámetro	Método de Referencia	Ítem Ensayo	Unidades	Rango
Urocultivo	Identificación: Bioquímico- Colorimétrico Susceptibilidad antimicrobiana: MIC*	Orina	UFC/ml	> = 100,000
Cultivo de Secreción de Oído	Identificación: Bioquímico- Colorimétrico Susceptibilidad antimicrobiana: MIC*	Secreción	Colonias encontradas	> =1
Glucosa	Hexoquinasa / G- 6-PDH	Suero	mg/dL	5.00 – 800.00
Acido úrico	Uricasa	Suero	mg/dL	0.30 - 33.10
Creatinina	Picrato Alcalino Cinético	Suero	mg/dL	0.20 - 37.00
Nitrógeno de Urea	Ureasa	Suero	mg/dL	2.00 - 125.00
TSH	CMIA**	Suero	µIU/mL	0 - 100.0
T4 Libre	CMIA**	Suero	ng/dL	0.4 - 5.0
T3 Libre	CMIA**	Suero	pg/mL	1.5 - 20.0

* MIC = **Concentración mínima inhibitoria**** CMIA = **Inmunoensayo de Micropartículas por Quimioluminiscencia.**

-ULTIMA LÍNEA-

Más información:**Oficina Guatemalteca de Acreditación**

Sistema Nacional de Calidad

Ministerio de Economía

PBX (502) 2247-2600

www.oga.org.gtinfo-oga@mineco.gob.gt