

**ALCANCE DE ACREDITACIÓN**

**CONFORME A LA NORMA COGUANOR NTG ISO/IEC 17025:2017**

**“Industria Guatemalteca de Macadamia S.A.  
Laboratorio de Control de Calidad y Microbiología”  
Laboratorio de Ensayo**

**Contacto:** Ing. Carlos Martínez

**Dirección:** Km. 126 Carretera a Tiquisate atrás de la Estación Ferrocarrilera, Zona 3, Río Bravo, Suchitepéquez, Guatemala

**Teléfonos:** (502) 23865780

**Código de Acreditación:** OGA-LE-047-12

**Fecha Inicial de Acreditación:** 2014-11-17

**Fecha de Reevaluación:** 2017-11-22

**Fecha de Vigencia de la Acreditación:** 2021-11-19

No.	<u>Ensayo / Calibración - 2-</u>	<u>Método de Ref. -3-</u>	<u>POE -4-</u>	<u>Item de ensayo/ Calibración/ -5-</u>	<u>Unidades -6-</u>	<u>Rango -7-</u>	<u>Incertidumbre -8-</u>
1.	Recuento Aeróbico en Placa (Petrifilm 3M)	AOAC 990.12	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	25-250 ufc/g	0.02 Log 10
2.	Recuento de Coliformes Totales (Petrifilm 3M)	AOAC 991.14	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	15-150 ufc/g	0.07 Log 10
3.	Recuento de Escherichia Coli (Petrifilm 3M)	AOAC 991.14	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	15-150 ufc/g	0.01 Log 10

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin previa autorización de la autoridad competente de la OGA.  
Todo documento impreso del sistema de calidad, tiene calidad de copia no controlada

4.	Recuento Staphylococcus Aureus (Petrifilm 3M)	AOAC 2003.07	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	150 ufc/g	0.01 Log 10
5.	Presencia-Ausencia Salmonella por PCR	SISTEMA BAX® Instituto de Investigación AOAC	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	Positivo /Negativo	N/A	N/A
6.	Recuento de Mohos y Levaduras (Petrifilm 3M)	AOAC 997.02	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ufc/g	15-250 ufc/g	0.07 Log 10
7.	Cuantificación Aflatoxinas VICAM	AOAC 991.31	PLCC-01 Procedimiento de Normas y Metodologías de Laboratorio V1	Nuez de Macadamia	ppb	0-50 ppb	0.64

**Actualizado: 2020-07-08**

**-ULTIMA LÍNEA-**

**Más información:**

**Oficina Guatemalteca de Acreditación**

Sistema Nacional de Calidad

Ministerio de Economía

PBX (502) 2247-2600

[www.oga.org.gt](http://www.oga.org.gt)

[info-oga@mineco.gob.gt](mailto:info-oga@mineco.gob.gt)

[Info@oga.org.gt](mailto:Info@oga.org.gt)