

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

CONFORME A LA NORMA COGUANOR NTG ISO 15189:2012

“BIOLAB, S.A.”
Laboratorio de Análisis Clínicos

SEDE CENTRAL

Contacto: Licda. Carolina Richter.

Dirección: 30 Calle 17-50, Colonia Santa Rosa, Zona 12, Guatemala, Guatemala.

Teléfonos: (+502) 2506-3131.

Registro de Acreditación: OGA-LE-061-15

Fecha Inicial de Acreditación: 2015-10-07

Fecha de Reevaluación: 2019-09-18

Fecha de Vigencia de la Acreditación: 2023-09-18

Ampliación:

Fecha de Ampliación: 2022-02-16.

| No. | Sección | Análisis / Prueba | Método | POE | Tipo de Muestra | Unidades | Rango de Medición / Límite de Detección | Instalación / Sucursal |
|-----|--------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Biología molecular | Detección de Virus Sars-CoV-2 | PCR tiempo real Protocolo Charite, Gen RdRp Protocolo CDC Genes N y Orflab | P B M C 08 Detección de virus SARS COV 2, causante de la Enfermedad Coronavírica 19 (COVID 19) por PCR en tiempo real | Hisopado nasofaríngeo | Positivo / Negativo | 16 copias/μl | BIOLAB referencia (Sede Central) |

Nota: En la sede central se lleva a cabo las fases: analítica y postanalítica de los ensayos, la fase preanalítica se lleva a cabo en las sucursales 1, 2 y 3.

Actualizado: 2022-02-16.

-ÚLTIMA LÍNEA-

SUCURSAL 1

Contacto: Licda. Katherine Morataya.

Dirección: Av. Petapa 28-98, Edificio la Gran Vía, zona 12, Guatemala, Guatemala.

Teléfonos: (+502) 2442 3929.

Registro de Acreditación: OGA-LE-061-15

Fecha Inicial de Acreditación: 2015-10-07

Fecha de Reevaluación: 2019-09-18

Fecha de Vigencia de la Acreditación: 2023-09-18

Fecha de Ampliación: 2017-02-15.

| No. | Sección | Análisis / Prueba | Método | POE | Tipo de Muestra | Unidades | Rango de Medición / Límite de Detección | Instalación / Sucursal |
|-----|-------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|---|------------------------|
| 1 | Inmunología | Detección de Drogas de Abuso | Inmunocromatografía | P Drogas 01_Panel de Drogas de Abuso | Orina | Positivo / Negativo | No aplica | BIOLAB Petapa |

Nota: En la sucursal 1 se lleva a cabo las fases: preanalítica, analítica y postanalítica de los ensayos.

Actualizado: 2022-02-16.

-ÚLTIMA LÍNEA-

SUCURSAL 2

Contacto: Licda. Deyling Maldonado.

Dirección: Blv. Austriaco, C.C. Paseo Cayala, Edificio Medi-k, 3er. Nivel Of. 301, Zona 16, Guatemala, Guatemala.

Teléfonos: (+502) 2506-3131 y 2291-2320.

Registro de Acreditación: OGA-LE-061-15

Fecha Inicial de Acreditación: 2015-10-07

Fecha de Reevaluación: 2019-09-18

Fecha de Vigencia de la Acreditación: 2023-09-18

Fecha de Ampliación: 2019-03-06.

| No. | Sección | Análisis / Prueba | Método | POE | Tipo de Muestra | Unidades | Rango de Medición / Límite de Detección | Instalación / Sucursal |
|-----|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------|-----------------|----------|---|------------------------|
| 1 | Química Clínica | Ácido Úrico | Uricasa Peroxidasa | PB 02 | Suero | mg/dL | 0.0 -20.0 | BIOLAB Paseo Cayalá |
| 2 | Química Clínica | Colesterol | Colesterol Oxidasa Peroxidasa | PB 11 | Suero | mg/dL | 0.0 - 500 | BIOLAB Paseo Cayalá |
| 3 | Química Clínica | Creatinina | Jaffe | PB 16 | Suero | mg/dL | 0.10 - 25.0 | BIOLAB Paseo Cayalá |
| 4 | Química Clínica | Glucosa | Hexoquinasa | PB 25 | Suero | mg/dL | 0.0 - 600 | BIOLAB Paseo Cayalá |
| 5 | Química Clínica | Triglicéridos | Enzimático GPO-PAP | PB 36 | Suero | mg/dL | 0.0 – 1000 | BIOLAB Paseo Cayalá |

Nota: En la sucursal 2 se lleva a cabo las fases: preanalítica, analítica y postanalítica de los ensayos.

Actualizado: 2022-02-16.

-ÚLTIMA LÍNEA-

SUCURSAL 3

Contacto: Licda. Gabriela Alonzo.

Dirección: Km. 13.5 Calzada Roosevelt 7-59, Colonia Cotiό, Plaza Madero Roosevelt, local No. 5, zona 3, Mixco, Guatemala.

Teléfonos: (+502) 2506-3131.

Registro de Acreditación: OGA-LE-061-15

Fecha Inicial de Acreditación: 2015-10-07

Fecha de Reevaluación: 2019-09-18

Fecha de Vigencia de la Acreditación: 2023-09-18

Fecha de Ampliación: 2022-02-16.

| No. | Sección | Análisis / Prueba | Método | POE | Tipo de Muestra | Unidades | Rango de Medición / Límite de Detección | Instalación / Sucursal |
|-----|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---|-------------------------|
| 1 | Inmunología | Detección de Drogas de Abuso | Inmunocromatografía | P Drogas 01_ Panel de Drogas de Abuso | Orina | Positivo / Negativo | No aplica | BIOLAB Madero Roosevelt |

Nota: En la sucursal 3 se lleva a cabo las fases: preanalítica, analítica y postanalítica de los ensayos.

Actualizado: 2022-02-16.

-ÚLTIMA LÍNEA-

SUCURSAL 4

Contacto: Licda. Gabriela Penados.

Dirección: Calzada Atanasio Tzul 16-67, C.C. Madero Express, Zona 12, Guatemala, Guatemala.

Teléfonos: (+502) 2506-3131.

Registro de Acreditación: OGA-LE-061-15

Fecha Inicial de Acreditación: 2015-10-07

Fecha de Reevaluación: 2019-09-18

Fecha de Vigencia de la Acreditación: 2023-09-18

Fecha de Ampliación: 2022-02-16.

| No. | Sección | Análisis / Prueba | Método | POE | Tipo de Muestra | Unidades | Rango de Medición / Límite de Detección | Instalación / Sucursal |
|-----|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Química Clínica | Ácido Úrico | Uricasa Peroxidasa | PB 02 | Suero | mg/dL | 0.02 -25.0 | BIOLAB Madero Express Atanasio |
| 2 | Química Clínica | Colesterol | Colesterol Oxidasa Peroxidasa | PB 11 | Suero | mg/dL | 0.3 - 1000 | BIOLAB Madero Express Atanasio |
| 3 | Química Clínica | Creatinina | Jaffe | PB 16 | Suero | mg/dL | 0.3 - 20.0 | BIOLAB Madero Express Atanasio |
| 4 | Química Clínica | Glucosa | Glucosa oxidasa | PB 25 | Suero | mg/dL | 0.23 - 500 | BIOLAB Madero Express Atanasio |
| 5 | Química Clínica | Triglicéridos | Enzimático GPO-PAP | PB 36 | Suero | mg/dL | 1.6 - 600 | BIOLAB Madero Express Atanasio |
| 6 | Química Clínica | Hemoglobina Glicosilada – HbA1c | HPLC | BIORAD D10 Hemoglobina Glicosilada HbA1c | Sangre completa | % | 3.8 – 18.5 | BIOLAB Madero Express Atanasio |
| 7 | Inmunología | Drogas de Abuso | Inmunocromatografía | P Drogas 01 | Orina | Positivo / Negativo | No aplica | BIOLAB Madero Express Atanasio |

Nota: En la sucursal 4 se lleva a cabo las fases: analítica y postanalítica de los ensayos, la fase preanalítica se lleva a cabo en las sucursales 1, 2, 3.

Actualizado: 2022-02-16.

-ÚLTIMA LÍNEA-

Más información:

Oficina Guatemalteca de Acreditación

Sistema Nacional de la Calidad

Ministerio de Economía

PBX: (+502) 2247-2600

www.oga.org.gt

info-oga@mineco.gob.gt

info@oga.org.gt