

ALCANCE DE ACREDITACIÓN
CONFORME A LA NTG/ISO 15189:2022

Laboratorio Clínico y Banco de Sangre Sanatorio Nuestra Señora del Pilar
Asociación Española de Beneficencia
LABORATORIO CLÍNICO

Contacto: Lcda. Yesenia Díaz
Dirección: 3ª calle 10-71, zona 15, colonia Tecún Umán, Guatemala
Teléfonos: (+502) 2279-5000, 2279-5092 y 2279-5093.

Registro de acreditación: OGA-LE-004-04
Fecha de evaluación inicial/última reevaluación: 2022-04-19
Acreditado desde: 2005-06-13
Fecha de próxima reevaluación: 2026-04-17

No.	Sección	Análisis/prueba	Método	POE	Tipo de muestra	Unidades	Rango de medición /límite de detección	Instalación/sucursal	Estatus
1	Bacteriología	Urocultivo	Identificación: Bioquímico-Colorimétrico Susceptibilidad antimicrobiana: MIC*	MP-BAC-21	Orina	UFC/mL	≥ 100,000	Única Sede	Vigente
2	Bacteriología	Cultivo de Secreción de Oído	Identificación: Bioquímico-Colorimétrico Susceptibilidad antimicrobiana: MIC*	MP-BAC-22	Secreción	Colonias encontradas	≥ 1	Única Sede	Vigente
3	Bioquímica	Glucosa	Hexoquinasa / G-6-PDH	MP-BIQ-05	Suero	mg/dL	5.0 a 800.0	Única Sede	Vigente
4	Bioquímica	Ácido úrico	Uricasa	MP-BIQ-05	Suero	mg/dL	0.30 a 33.10	Única Sede	Vigente
5	Bioquímica	Creatinina	Picrato Alcalino Cinético	MP-BIQ-05	Suero	mg/dL	0.20 a 37.00	Única Sede	Vigente
6	Bioquímica	Nitrógeno de Urea	Ureasa	MP-BIQ-05	Suero	mg/dL	2.0 a 125	Única Sede	Vigente
7	Inmunología	TSH	Electroquimioluminiscencia	MP-INMUNO-04	Suero	μIU/mL	0 a 100.0	Única Sede	Vigente
8	Inmunología	T4 Libre	Electroquimioluminiscencia	MP-INMUNO-05	Suero	ng/dL	0.3 a 100.0	Única Sede	Vigente
9	Inmunología	T3 Libre	Electroquimioluminiscencia	MP-INMUNO-06	Suero	pg/mL	0.4 a 50.0	Única Sede	Vigente
10	Banco de Sangre	Grupo y Rh	Gel	MP-BS	Sangre	No aplica	No aplica	Única Sede	Vigente
11	Banco de Sangre	Compatibilidad (pruebas cruzadas)	Gel	MP-BS	Sangre	No aplica	No aplica	Única Sede	Vigente
12	Banco de Sangre	VIH Antígeno-Anticuerpo	Electroquimioluminiscencia	MP-BS	Suero	No aplica	0 a 0.99 Mayor o igual 1***	Única Sede	Vigente
13	Banco de Sangre	Hepatitis B, Antígeno de superficie	Electroquimioluminiscencia	MP-BS	Suero	No aplica	0 a 0.99 Mayor o igual 1***	Única Sede	Vigente
14	Banco de Sangre	Hepatitis B, Anticuerpos core totales	Electroquimioluminiscencia	MP-BS	Suero	No aplica	0 a 0.99 Mayor o igual 1***	Única Sede	Vigente
15	Banco de Sangre	Hepatitis C, Anticuerpos totales	Electroquimioluminiscencia	MP-BS	Suero	No aplica	0 a 0.99 Mayor o igual 1***	Única Sede	Vigente
16	Banco de Sangre	Sífilis, Anticuerpos totales	Electroquimioluminiscencia	MP-BS	Suero	No aplica	0 a 0.99 Mayor o igual 1***	Única Sede	Vigente

*MIC
***SCO: relación de la señal quimioluminiscente de la muestra y el valor del cut off.

Ampliación:
Fecha de ampliación: 2024-10-23

No.	Sección	Análisis/prueba	Método	POE	Tipo de muestra	Unidades	Rango de medición /límite de detección	Instalación/sucursal	Estatus
1	Bioquímica	AMILASA	Enzimática colorimétrica	MP-BIQ-05	Suero	U/L	3 a 1500	Única Sede	Vigente
2	Bioquímica	COLESTEROL- HDL	Test colorimétrico enzimático homogéneo	MP-BIQ-05	Suero	mg/dL	3.09 a 150	Única Sede	Vigente
3	Bioquímica	MAGNESIO	Método colorimétrico con determinación del punto final	MP-BIQ-05	Suero	mg/dL	0.243 a 4.86	Única Sede	Vigente
4	Inmunología	FSH	Electroquimioluminiscencia	MP-INMUNO-07	Suero	mUI/mL	0.3 a 200	Única Sede	Vigente
5	Inmunología	PSA total	Electroquimioluminiscencia	MP-INMUNO-07	Suero	ng/mL	0.006 a 100	Única Sede	Vigente
6	Inmunología	PSA libre	Electroquimioluminiscencia	MP-INMUNO-07	Suero	ng/mL	0.01 a 50	Única Sede	Vigente
7	Hematología	Hemoglobina	Metodo SLS libre de cianuro	MP-HEMA-01	Sangre completa	g/dL	0.0 a 26.0	Única Sede	Vigente
8	Hematología	Hematocrito	Corriente directa y enfoque hidrodinámico	MP-HEMA-01	Sangre completa	%	0.0 a 75.0	Única Sede	Vigente
9	Hematología	Leucocitos (WBC)	Citometria de flujo fluorescente	MP-HEMA-01	Sangre completa	10 ³ /uL	0.00 a 440.00	Única Sede	Vigente
10	Hematología	Eritrocitos (RBC)	Corriente directa y enfoque hidrodinámico	MP-HEMA-01	Sangre completa	10 ⁶ /uL	0.00 a 8.60	Única Sede	Vigente

-ÚLTIMA LÍNEA-

Fecha de actualización: 2024-10-28

Más información:
Oficina Guatemalteca de Acreditación
Sistema Nacional de Calidad
Ministerio de Economía
PBX (502) 2247-2600
www.oga.org.gt
info-oga@mineco.gob.gt
info@oga.org.gt