



ALCANCE DE ACREDITACIÓN CONFORME A LA NTG/ISO/IEC 17025:2017

Proverde
Cementos Progreso, S.A.
LABORATORIO DE ENSAYO

Contacto: Lic. Hugo Beltrán
Dirección: Planta San Miguel, km 46.5 carretera al Atlántico, Sanarate, El Progreso, Guatemala
Teléfonos: (+ 502) 7952-8000

Registro de acreditación: OGA-LE-109-22
Fecha de evaluación inicial/última reevaluación: 2023-01-26
Acreditado desde: 2023-08-16
Fecha de próxima reevaluación: 2027-01-26

No.	Ensayo	Método de referencia	POE	Ítem de ensayo	Unidades	Rango	Estatus
1	Determinación del valor calorífico bruto	ASTM D5468-02	PRC-001493, PRC-000884	Materiales de desecho	J/g	1,000-45,000	Vigente
2	Determinación potenciométrica de cloruro en muestras acuosas con electrodo de ion selectivo	EPA 9212	PRC-001048	Materiales de desecho	mg/Kg	10-150	Vigente
3	Determinación de bifenilos policlorados en líquidos aislantes por cromatografía de gases	ASTM D4059-00	PRC-001514	Materiales de desecho	mg/Kg	26-10,000	Vigente

-ÚLTIMA LÍNEA-

Fecha de actualización: 2026/02/24

Más información:
Oficina Guatemalteca de Acreditación
Sistema Nacional de Calidad
Ministerio de Economía
PBX (502) 2247-2600



www.oga.org.gt
info-oga@mineco.gob.gt
info@oga.org.gt