

ALCANCE DE ACREDITACIÓN

CONFORME A LA NTG/ISO 15189:2022

Hospital Nacional
Hospitales Nacionales, S.A.
LABORATORIO CLÍNICO

Contacto: Eva del Carmen Ríos de González / Zoila Correa
Dirección: Avenida Cuba entre Calles 38 y 39, Edificio Hospital Naciona 38, Corregimiento de la Exposición, Distrito de Panamá, Panamá
Teléfonos: 507 2078124 / 507 2078124
Correo electrónico: jefe_lab@hospitalnacional.com / RSGC@hospitalnacional.com

Registro de acreditación: OGA-IE-032-09
Acreditado desde: 2010-10-27
Ciclo de acreditación: Agosto 2022 a Diciembre 2026
Próxima reevaluación: Agosto 2026

No.	Sección	Análisis/ prueba	Método	POE	Tipo de muestra	Unidades	Rango de medición /límite de detección	Instalación/ sucursal	Estatus
1	Hematología	Leucocitos	Impedancia	Manual de Usuario Horiba H2500: Ref. 1300107471	Sangre completa con EDTA	cel. X10 ³ /μL	0.1-100	Única sede	Vigente
2	Hematología	Eritrocitos	Impedancia	Manual de Usuario Horiba H2500: Ref. 1300107472	Sangre completa con EDTA	cel. X10 ⁶ /μL	0.3-8	Única sede	Vigente
3	Hematología	Hemoglobina	Espectrofotometría	Manual de Usuario Horiba H2500: Ref. 1300107473	Sangre completa con EDTA	g/dL	0.8-24	Única sede	Vigente
4	Hematología	Plaquetas	Impedancia	Manual de Usuario Horiba H2500: Ref. 1300107474	Sangre completa con EDTA	cel. X10 ³ /μL	oct-00	Única sede	Vigente
5	Química Especial	*HIV 4ta Gen	CMIA (Quimioluminiscencia de Micropartículas)	Instrucciones del Usuario G47762R09	Suero	S/CO	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
6	Química Especial	*HBs Ag	CMIA (Quimioluminiscencia de Micropartículas)	Instrucciones del Usuario G45465R07	Suero	S/CO	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
7	Química Especial	*HB core total	CMIA (Quimioluminiscencia de Micropartículas)	Instrucciones del Usuario G58922R11	Suero	S/CO	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
8	Química Especial	*HCV Ac	CMIA (Quimioluminiscencia de Micropartículas)	Instrucciones del Usuario H08234R03	Suero	S/CO	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
9	Química Especial	*HTLV I y II	CMIA (Quimioluminiscencia de Micropartículas)	Instrucciones del Usuario G67609R11	Suero	S/CO	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
10	Química Especial	*CHAGAS	CMIA (Quimioluminiscencia de Micropartículas)	Instrucciones del Usuario G43064R05	Suero	S/CO	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
11	Química Especial	*Sífilis	CMIA (Quimioluminiscencia de Micropartículas)	Instrucciones del Usuario G95339R04	Suero	S/CO	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
12	Banco de Sangre	*Tipaje de Adultos	Agglutinación en columna de Gel	Instrucciones del Usuario B001025 02.13	Sangre Total	Test Cualitativo	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
13	Banco de Sangre	*Tipaje de Donante y *Tipaje de Pacientes	Agglutinación en columna de Gel	Instrucciones del Usuario B001134 06.13	Sangre Total	Test Cualitativo	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
14	Banco de Sangre	*Tipaje de Neonatología	Agglutinación en columna de Gel	Instrucciones del Usuario B001028 06.15	Sangre Total	Test Cualitativo	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
15	Banco de Sangre	Coombs Indirecto de Donantes y *Coombs Indirecto de Pacientes	Agglutinación en columna de Gel	Instrucciones del Usuario B004024 07.15	Suero / Plasma	Test Cualitativo	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
16	Banco de Sangre	*Coombs Directo	Agglutinación en columna de Gel	Instrucciones del Usuario B004831 07.15	Sangre Total	Test Cualitativo	Test cualitativo (Índice)	Única sede	Vigente
17	Química Especial	AFP (alfa fetoproteína)	Quimioluminiscente de micropartículas	Instrucciones del Usuario G6- 2912/R06	Suero	UI/mL	1.66 - 1600	Única sede	Vigente
18	Química Especial	βhcg cuantitativa total (gonadotropina coriónica humana)	Quimioluminiscente de micropartículas	Instrucciones del Usuario G6- 7548/R15	Suero	mUI/mL	0 - 15000	Única sede	Vigente
19	Química Especial	PSA total (Antígeno prostático específico)	Quimioluminiscente de micropartículas	Instrucciones del Usuario G47861R07	Suero	μg/L	0.08 - 100	Única sede	Vigente
20	Química Especial	TSH	Quimioluminiscente de micropartículas	Instrucciones del Usuario G6- 5139/R04	Suero	mUI/L	0 - 100	Única sede	Vigente
21	Química Especial	T4	Quimioluminiscente de micropartículas	Instrucciones del Usuario G8- 1944/R02	Suero	nmol/L	38.61 - 308.9	Única sede	Vigente
22	Química Especial	T4 L (Libre)	Quimioluminiscente de micropartículas	Instrucciones del Usuario G81908	Suero	pmol/L	5.15 - 64.35	Única sede	Vigente
23	Química Especial	Creatinina	Pícrato alcalino cinético	Instrucciones del Usuario H12813R02	Suero, Plasma	μmol/L	8 - 3300.9	Única sede	Vigente
24	Química Especial	Glucosa	Hexoquinasa	Instrucciones del Usuario G97147R03	Suero, Plasma	mmol/L	0.06 - 44.40	Única sede	Vigente
25	Química Especial	Ácido Úrico	Uricasa	Instrucciones del Usuario G98856R03	Suero, Plasma	μmol/L	60 - 1950	Única sede	Vigente
26	Química General	Bilirrubina total	Ion Diazonio	Instrucciones del Usuario H03722R02	Suero, Plasma	μmol/L	1.71 - 427.5	Única sede	Vigente
27	Química General	Bilirrubina directa	Diazotización	Instrucciones del Usuario G97129R03	Suero, Plasma	μmol/L	1.7 - 256.5	Única sede	Vigente
28	Química General	Proteínas totales	Biuret	Instrucciones del Usuario G97159R03	Suero, Plasma	g/L	0 - 184	Única sede	Vigente
29	Química General	Albumina	Verde bromocresol	Instrucciones del Usuario G97187R02	Suero, Plasma	g/L	0 - 105	Única sede	Vigente
30	Química General	Colesterol total	Colesterol Oxidasa, esterasa, peroxidasa	Instrucciones del Usuario H123624R04	Suero, Plasma	mmol/L	0.13 - 19.37	Única sede	Vigente
31	Química General	HDL Colesterol	Polimerpolianión	Instrucciones del Usuario G97099R04	Suero, Plasma	mmol/L	0 - 4.66	Única sede	Vigente
32	Química General	Triglicéridos	Glicerol fosfato oxidasa	Instrucciones del Usuario H13989R04	Suero, Plasma	mmol/L	0.06 - 17.01	Única sede	Vigente
33	Química General	Sodio	ICT (Integrated Chip Technology)	Instrucciones del Usuario G67647R04	Suero, Plasma	mmol/L	0 - 200	Única sede	Vigente
34	Química General	Potasio	ICT (Integrated Chip Technology)	Instrucciones del Usuario G67647R04	Suero, Plasma	mmol/L	0 - 10	Única sede	Vigente
35	Química General	Cloro	ICT (Integrated Chip Technology)	Instrucciones del Usuario G67647R04	Suero, Plasma	mmol/L	0 - 150	Única sede	Vigente
36	Química General	AST	NADH (con P-5'-P)	Instrucciones del Usuario H13626R01	Suero, Plasma	U/L	0 - 198.5	Única sede	Vigente
37	Química General	ALT	NADH (con P-5'-P)	Instrucciones del Usuario H21823R02	Suero, Plasma	U/L	0 - 1200	Única sede	Vigente
38	Química General	LDL Colesterol	Medición directa	Instrucciones del Usuario G81782R14	Suero, Plasma	mmol/L	0.03 - 20.69	Única sede	Vigente
39	Química General	Amilasa	Enzimático colorimétrico	Instrucciones del Usuario H12727R03	Suero, Plasma	U/L	mar-00	Única sede	Vigente
40	Química General	Calcio	Arsenazo III	Instrucciones del Usuario G98882R03	Suero, Plasma	mmol/L	0.5 - 6.0	Única sede	Vigente
41	Química General	Nitrogeno de Urea	Ureasa	Instrucciones del Usuario H12795R03	Suero, Plasma	mmol/L	11 - 45.7	Única sede	Vigente

-ÚLTIMA LÍNEA-

Fecha de actualización: 2026-08-21

Más información:

Oficina Guatemalteca de Acreditación
Sistema Nacional de Calidad
Ministerio de Economía
PBX (502) 2247-2600
www.oga.org.gt
info-oga@mineco.gob.gt
info@oga.org.gt